

1. Kwalifikacje personelu uprawnionego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych			
Specjalistyczne i podstawowe zespoły ratownictwa medycznego			
Kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem.			
2. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego			
Wymagany skład osobowy zespołu	Zgodny z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem.		
3. Wymagania dotyczące specjalistycznego środka transportu drogowego			
Wymagania techniczne środka transportu drogowego	Wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniu.		
	Cechy techniczne i jakościowe określone w obowiązującej Polskiej Normie PN-EN 1789 dla środka transportu drogowego typu B lub typu C.		
4. Wymagania dotyczące środka transportu wodnego			
4.1 Wymagania techniczne środka transportu wodnego	Zaprojektowany i wyposażony do transportu pacjentów w obszarach przybrzeżnych oraz na jeziorach i rzekach, do przewozu zespołu medycznego do miejsc nagłych przypadków w celu szybkiego leczenia lub przetransportowania ciężko chorych lub rannych osób.		
4.1.1 Przedział medyczny	Przystosowany do przewozu co najmniej dwuosobowego zespołu ratownictwa medycznego i co najmniej jednego pacjenta na noszach. Skonstruowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do życiowo ważnych części ciała pacjenta w celu zapewnienia właściwego leczenia, monitorowania i opieki.		
4.1.2 Przedział medyczny – inne wymagania	1) zaleca się, aby istniał pomocniczy, stacjonarny system służący do ogrzewania/chłodzenia przedziału medycznego 2) oświetlenie wewnętrzne: przedział dla pacjenta, co najmniej 300 luksów z możliwością obniżenia oświetlenia do 10 luksów; przestrzeń sąsiadująca, co najmniej 50 luksów; 3) zabezpieczony system wentylacji; 4) źródła zasilania: co najmniej dwa wyjścia 12 V _{DC} i jedno dodatkowe wyjście dostarczające napięcie akumulatora środka transportu wodnego. Wyjścia te powinny być dostępne w odniesieniu do wyposażenia medycznego i umieszczone w miejscu przechowywania lub użytkowania wyrobu medycznego. W celu umożliwienia ładowania akumulatorów w wyrobach medycznych, złącze powinno być zamontowane na zewnątrz. Na zewnątrz powinno być zamontowane złącze źródła zasilania elektrycznego, aby umożliwić wstępne podgrzewanie silnika i przedziału medycznego (jeśli jest to potrzebne); 5) system zamocowań dla wyrobów medycznych, w tym zabezpieczenie przed przemieszczaniem w środkach transportu.		
5. Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia			
5.1	Wyposażenie służące do przenoszenia pacjenta		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
	Nosze główne /z podwoziem	1	1
	Nosze podbierające	1	-
	Materac próżniowy	1	1
	Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego (o ile nosze główne nie spełniają funkcji tych wyrobów)	1	-
	Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia	1	1
	Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi	1	-
5.2	Wyposażenie unieruchamiające		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
	Zestaw unieruchamiający do złamań	1	1
	Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Zestaw kołnierzy szyjnych	1	1

5.2.3	Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa Urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup (jedno z nich)	1	1
5.3	Wypożyczenie do wentylacji/oddychania		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.3.1	Stacjonarny pojemnik tlenu. Minimum 2 000 l (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/ miernik przepływu o maksymalnym przepływie co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym	1	1
	szybkoszłączka	1	1
5.3.2	Przenośny zbiornik tlenu. Minimum 400 l, (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym), przepływomierz/miernik przepływu o maksymalnym przepływie, co najmniej 15 l/min i z zaworem regulacyjnym	1	1
	szybkoszłączka	1	1
5.3.3	Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych oraz rezerwuarem tlenu	1	1
5.3.4	Mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa i minimalnej pojemności 1 l	1	1
5.3.5	Przenośne urządzenie do odsysania	1	1
5.4	Wypożyczenie diagnostyczne		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.4.1	Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10 cm – 66 cm	1	1
5.4.2	Oksymetr	1	1
5.4.3	Stetoskop	1	1
5.4.4	Termometr (zakres minimalny od 28 °C do 42 °C)	1	1
5.4.5	Urządzenie do oznaczania glukozy we krwi	1	1
5.4.6	Latarka diagnostyczna	1	1
5.5	Leki		
	Rodzaj leku	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.5.1	Przeciwbólowy	1	1
5.5.2	Leki niezbędne do udzielania medycznych czynności ratunkowych określone zgodnie z przepisami prawa obowiązującego		
5.6	Wypożyczenie do infuzji		
	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.6.1	Płyny infuzyjne, litry	4	4
5.6.2	Zestawy do iniekcji i infuzji	2	2
5.6.3	Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (37 ± 2) °C (nie wymaga się, aby ten układ był przenośny)	1	1

5.6.4	Uchwyt do zestawów do infuzji	2	2
5.6.5	Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem	1	1
Wyposażenie do postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego			
5.7	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego
5.7.1	Defibrylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta ^a	1	1
5.7.2	Monitor kardiologiczny ^a	1	1
5.7.3	Kardiosymulator zewnętrzny ^a	1	1
5.7.4	Przenośny zestaw rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Worek samorozprężalny ręczny Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu Rurki ustno- i nosowo-gardłowe Ssak Cewniki do odsysania	1	1
5.7.5	Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych (p.a.r.s.) Zawartość przenośnego zestawu rurek do udrażniania dróg oddechowych (p.a.c.s.) Zestaw do infuzji – łącznie z odpowiednimi kaniulami dożylnymi zakładanymi na stałe Zestaw do podawania płynów infuzyjnych Płyny infuzyjne Samoprzylepne materiały do mocowania Zestaw do intubacji – zawierający rękojeść(-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatk Kleszczyki Magilla Mandryny/prowadnice do wprowadzania Rurki dotchawicze z łącznikami Zacisk do rurki do napełniania mankietu Mocowania rurek Stetoskop Zestaw do podawania leków	1	1
5.7.6	Aparat do nebulizacji	1	1
5.7.7	Zestaw do drenażu klatki piersiowej	-	1 ^b
5.7.8	Wolumetryczna pompa infuzyjna/ Strzykawkowa pompa infuzyjna	-	1
5.7.9	Kaniule do wkłuc centralnych	-	1
5.7.10	Respirator ratowniczo-transportowy	1	1
5.7.11	Zastawka wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu	-	1
5.7.12	Kapnometr z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO ₂	1	1
^a Jeżeli to pożądane, jedno urządzenie może spełniać dwie lub kilka z tych funkcji.			
^b Wymagany tylko w wodnych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego.			
Wyroby bandażowanie i pielęgnacja			
5.8	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.8.1	Pościel	1	1
5.8.2	Śpiwór bakteriostatyczny o wypełnieniu termoizolacyjnym syntetycznym wielorazowy (1 szt.)	1	1

5.8.3	Materiały do opatrywania ran	1	1
5.8.4	Materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych	1	1
5.8.5	Miska nerkowata	1	1
5.8.6	Worek na wymiociny	1	2
5.8.7	Pojemnik na mocz (niewykonany ze szkła)	1	1
5.8.8	Pojemnik na zużyte materiały ostre	1	1
5.8.9	Zgłębnik żołądkowy z wyposażeniem	1	1
5.8.10	Rękawice chirurgiczne sterylne, liczba par	5	5
5.8.11	Rękawice jednorazowego użytku niesterylne	100	100
5.8.12	Zestaw porodowy	1	1
5.8.13	Worek na odpady	1	1
5.8.14	Worek na odpady medyczne	1	1
5.8.15	Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze	1	1
5.8.16	Pojemnik reimplantacyjny utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) °C przez co najmniej 2h	1	0
Środki ochrony indywidualnej (dla każdego członka zespołu)^c			
5.9	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.9.1	Podstawowa odzież ochronna, w tym odblaskowa kamizelka lub kurtka o intensywnej widzialności	1	1
5.9.2	Rękawice ochronne/do szczątków, liczba par	1	1
5.9.3	Obuwie ochronne, liczba par	1	1
5.9.4	Kask ochronny	1	1
5.9.5	Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakażeniem	1	1
5.9.6	Kamizelka ratunkowa	-	1
^c zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy o PRM.			
Wyposażenie ratownicze i ochronne			
5.10	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.10.1	Materiały do czyszczenia i dezynfekcji	1	1
5.10.2	Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa	1	-
5.10.3	Trójkąt ostrzegawczy/oświetlenie ostrzegawcze	2	-
5.10.4	Reflektor punktowy	1	1
5.10.5	Gaśnica	1	1
Łączność			
5.11	Wyrób	Ilość minimalna dla podstawowego i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego	Ilość minimalna dla wodnego zespołu ratownictwa medycznego
5.11.1	Nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe*	1	1
5.11.2	Przenośny nadajnik-odbiornik radiowy*	1	1
5.11.3	Dostęp do publicznej sieci telefonicznej np. przez zwyczajny nadajnik radiowy lub przenośny telefon (komórkowy)*	1	1
5.11.4	Przenośny alarmowy układ przywołujący, liczba na osobę (może być elementem przenośnego odbiornika radiowego)	1	1

5.11.5	Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta	1	-
5.11.6	Posiadanie sieci Internet w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego		
*) zapewniającej komunikację zespołu ratownictwa medycznego z dyspozytornią medyczną, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci oraz z pozostałymi zespołami ratownictwa medycznego, w tym z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego			
6. Inne wymagania			
6.1 Inne wymagania	W przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b zarządzenia Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia wraz z kompletem dokumentów podwykonawcy określonych w ww. załączniku.		
6.2 Inne wymagania	Świadczeniodawca w celu potwierdzenia zabezpieczenia łączności umożliwiającej powiadamianie zespołów ratownictwa medycznego o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne składa oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia		
6.3 Dodatkowo oceniane (rankingujące)	Określone w rozporządzeniu kryterialnym.		